# DENEY RAPORU

## NUMUNE BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| Rapor No / Rev: | 26260195 / 0 |
| Numune Kabul Tarihi: | 25.02.2026 |
| Analiz Başlangıç / Bitiş Tarihi: | 25.02.2026 / 4.03.2026 |
| Numune Adı: | CoreFood Nitril Mavi Pudrasız Muayene Eldiveni Plus - L- 5 |
| Numune Miktarı: | 100 Adet |
| Üretim Tarihi: | 24.10.2025 |
| Son Kullanım Tarihi: | 23.10.2030 |
| Seri / Lot No / Ürün Kodu: | CENPL - C1025041150 |

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| Firma Adı: | BİMEL İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Adres: | GIYIM SANATKARLARI 1A BLOK, SK.N:204 BASAKSEHIR /IKITELLI OSB,34490 ISTANBUL, TURKEY |
| İlgili Kişi: | AYKUT AYTEKİN |
| İletişim Bilgileri: | - |
| Açıklama: | Müşteri talebi doğrultusunda yapılan testler EN 455-2:2024 standardı kapsamında aynı üretim partisine ait 13 adet numune üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme, ölçülen kopma kuvveti (N) sonuçlarının medyan değeri esas alınarak yapılmıştır. Muayene nitril eldivenler için kabul kriteri medyan ≥ 6,0 N'dir. EN 455-2:2024 Madde 5.2.3 kapsamında kalınlık oranı ($t_f / t_0$) kontrol edilmiş olup düzeltme gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir. |

| Mühür | Numune Kabul ve Raportör<br>Büşra ALBAYRAK | Laboratuvar Müdürü<br>Alaettin ÖZDEMİR | Rapor Yayın Tarihi |
|---|---|---|---|
| | | | 4.03.2026 |

# DENEY RAPORU

## TEST SONUÇLARI

Müşteri talebi doğrultusunda aşağıdaki analizler yapılmıştır.

| Analiz | Birim | Sonuç | LOQ | Ö.B. | Metot | Limit | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Kullanımlık Eldiven – Kopma Kuvveti Tayini | N | Medyan: 12,891 | - | - | EN 455-2:2024 | Medyan ≥ 6,0 N (n=13) | Uygun |

**Bireysel Kopma Kuvveti Sonuçları (n=13)**

| Çalışma No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopma Kuvveti (N) | 13,325 | 14,923 | 11,239 | 11,695 | 14,817 | 13,353 | 12,891 | 14,914 | 8,009 | 12,917 | 10,594 | 10,810 | 10,525 |

**Notlar:**

1. **U:** Uygun, **UD:** Uygun Değil, **DY:** Değerlendirme Yapılamadı
2. **LOQ:** Tespit Limiti
3. **"*"** işaretli analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır.
4. İmzasız ve mühürsüz Analiz Raporları geçersizdir.
5. Numune alma işlemi tarafımızdan yapılmamıştır.
6. Test sonuçları, yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numunenin ait olduğu lotu temsil etmeyebilir.
7. Karar Kuralı: Müşteri, "Ölçüm belirsizliği dahil edilmeden" uygunluk beyanı verilmesini istediğini belirtmiştir. Mikrobiyolojik analizler için uygunluk değerlendirilmesine ilişkin karar kuralı, ölçüm belirsizliği dikkate alınmaksızın uygulanır.
8. Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
9. UNIQUE Analiz Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmadan bu Analiz Raporu kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir başka amaçla kullanılamaz.

*** Rapor Sonu ***